

Wieluń, 20.02.2026 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE

W związku z realizacją projektu „Wsparcia podstawowej opieki zdrowotnej(POZ)” realizowanej w ramach programu Fundusze Europejskie na Infrastrukturę, Klimat Środowisko 2021-2027, współfinansowanego ze środków Europejskiego Rozwoju Regionalnego „Przychodnia Lekarzy Specjalistów Sanmed M. Świdorski i R. Puławski” spółka jawna, ul. Joanny Żubr 18, 98-300 Wieluń zaprasza do przedstawienia oferty cenowej na zakup aparatu ultrasonograficznego.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO

„Przychodnia Lekarzy Specjalistów Sanmed M. Świdorski i R. Puławski” spółka jawna
ul. Joanny Żubr 18
98-300 Wieluń
<https://www.sanmedwielun.pl/>

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

Postępowanie prowadzone jest w trybie zapytania ofertowego otwartego.
Zamawiający spośród złożonych ofert wybierze najkorzystniejszą, bez przeprowadzania negocjacji. Do przedmiotowego postępowania nie stosuje się przepisów ustawy Prawo Zamówień Publicznych.

III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

1. Przedmiotem zamówienia jest zakup i dostawa aparatu USG z kolorowym Dopplerem wraz z dedykowanymi głowicami i niezbędnym wyposażeniem, zapewniający kompleksową diagnostykę w warunkach przychodni POZ.
2. Przedmiot zamówienia musi być fabrycznie nowy, wyprodukowany nie wcześniej niż w 2025 r, nieuszkodzony, pochodzący z oficjalnego kanału sprzedaży producenta na rynek polski, w pełni wartościowy i nadający się do używania zgodnie z jego przeznaczeniem, wolny od wad fizycznych i wad prawnych.
3. **Wymagane parametry techniczne i funkcjonalne:**
 - **Wszechstronność:** Aparat musi obsługiwać szeroki zakres badań POZ (brzuch, małe narządy, naczynia, układ ruchu, kardiologia, pediatria).
 - **Jakość Obrazu:** Wysoka rozdzielczość, czysty obraz, zaawansowane technologie redukcji szumów.
 - **Tryby Obrazowania:** Podstawowe tryby B-mode, M-mode, Color/Power Doppler, PW Doppler, mile widziane zaawansowane tryby (np. Doppler Tkankowy, BFLOW, Elastografia).
 - **Głowice:** Zestaw minimum dwóch niezbędnych głowic (konweksowa, liniowa, kardiologiczna lub endowaginalna) oraz minimum 2 aktywne gniazda.
4. **Oprogramowanie:** Wbudowana archiwizacja danych, możliwość zapisu na USB,
5. **Ergonomia i użyteczność:**
 - **Mobilność:** Kompaktowy, mobilny (do ~70-90 kg), łatwy do przemieszczania.
 - **Interfejs:** Intuicyjny, przyjazny, z dużym monitorem LCD i zintegrowanym (najlepiej dotykowym) panelem sterowania.
 - **Automatyzacja:** Funkcje automatycznej optymalizacji obrazu dla szybkiej pracy.

IV. TERMIN I MIEJSCE REALIZACJI ZAMÓWIENIA

Wykonawca zobowiązany będzie dostarczyć przedmiot zamówienia w terminie 15.03.2026 do siedzib Zamawiającego:

1. POZ w Konopnicy, ul. Parkowa 1, 98-313 Konopnica
2. POZ w Mokrsku, 98-345 Mokrsko 233
3. POZ w Wieluniu, ul. Joanny Żubr 18, 98-300 Wieluń

V. TERMIN PŁATNOŚCI



Fundusze Europejskie
na Infrastrukturę,
Klimat, Środowisko



Rzeczpospolita
Polska

Dofinansowane przez
Unię Europejską



NFZ
Narodowy Fundusz Zdrowia

Należne Wykonawcy wynagrodzenie z tytułu realizacji zamówienia będzie uregulowane w terminie 7 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

VI. KRYTERIA OCENY OFERT, WYBÓR WYKONAWCY

CENA – 100%

Do realizacji przedmiotu zamówienia, zostanie wybrany Wykonawca, który zaproponuje ofertę o najniższej cenie. Jest to jedyne kryterium wyboru Wykonawcy.

VII. INFORMACJE DOTYCZĄCE PRZYGOTOWANIA OFERTY

1. Oferta cenowa powinna zawierać cenę brutto za aparat USG, specyfikację techniczną urządzenia, warunki gwarancji i serwisu, przewidywany termin dostawy.
2. Oferta cenowa musi zawierać całkowity koszt, jaki Zamawiający poniesie za zrealizowanie przez Wykonawcę opisu przedmiotu zamówienia oraz wszelkie opłaty i podatki wynikające z obowiązujących przepisów prawa.
3. Cena podana w ofercie powinna być wyrażona w złotych polskich (PLN), z dokładnością do dwóch miejsc po przecinku oraz podana słownie.

VIII. TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA OFERT

Ofertę należy złożyć do 03.03.2026 r w siedzibie Zamawiającego:

**„Przychodnia Lekarzy Specjalistów Sanmed M. Świdorski i R. Puławski” spółka jawna,
ul. Joanny Żubr 18, 98-300 Wieluń**

lub

za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres: izabela.moczulewska@sanmedwielun.pl.

IX. INFORMACJE DODATKOWE

1. Niniejsze zapytanie ofertowe nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do udzielenia zamówienia.
2. Zamawiający nie przewiduje zwrotu kosztów przygotowania oferty.
3. Zamawiający dokona wyboru oferty najkorzystniejszej na warunkach określonych w zapytaniu ofertowym.
4. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe każdy z Wykonawców może złożyć tylko jedną ofertę.
5. Wybrany do realizacji zamówienia Wykonawca będzie zobowiązany złożyć oświadczenie o braku współpracy z Rosją o treści:

W związku z przepisem art. 1 pkt 3 ustawy z dnia 13 kwietnia 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie przeciwdziałania wspieraniu agresji na Ukrainę oraz służących ochronie bezpieczeństwa narodowego (t.j. Dz.U. z 2025 r. poz. 514), oświadczam, iż nie jestem podmiotem umieszczonym (lub powiązany z nim) na liście prowadzonej przez ministra właściwego do spraw wewnętrznych. Lista została opublikowana w Biuletynie Informacji Publicznej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji pod linkiem:

<https://www.gov.pl/web/mswia/lista-osob-i-podmiotow-objetychsankcjami>

Z poważaniem,
Kierownictwo Przychodni Sanmed